

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：60g/L 氯化钠蛋白胨水

英文名称：60g/L NaCl Peptone Water

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
025063	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于副溶血性弧菌增菌培养。

【检验原理】

蛋白胨和提供碳源、氮源、维生素、生长因子；高氯化钠含量可以抑制非弧菌类细菌生长。

【配方成分】

配方（每升）	含量
蛋白胨	10.0g
氯化钠	60.0g
最终 pH	7.2±0.2

【使用方法】

称取本品 70g，加入蒸馏水或去离子水 1 L，搅拌加热煮沸至完全溶解，分装试管或三角瓶，121℃高压灭菌 15min。

【质量控制】

下列质控菌株接种后于 35~37℃培养 18-24h，观察结果如下表：

指标	质控菌株及编号	方法	标准值	特征性反应
生长率	副溶血性弧菌 ATCC17028	半定量	在弧菌显色培养基上 > 20cfu	品红色菌落
	+大肠埃希氏菌 ATCC25922			
选择性	大肠埃希氏菌 ATCC25922		在 TSA 上 < 200cfu	-

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖；贮存期三年。

【注意事项】

- 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“下载中心”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019年8月14日

【参考文献】

SN0173-92 中华人民共和国进出口商品检验行业标准 出口食品中副溶血性弧菌检验方法